

單門藥品冷藏櫃規格需求說明書

採購案名：單門藥品冷藏櫃

數量：1 台

一、需求規格：

(投標請檢附型錄或規格說明文件供審查)

- (一)、單扇玻璃門，內部有效容量至少 520 公升
- (二)、內部尺寸：60±3 x 60±3 x 150±3 cm (W x D x H)
- (三)、外部尺寸：70±3 x 75±3 x 210±3 cm (W x D x H)
- (四)、內、外部材質:白色鋼板烤漆、表面覆有抗菌膜
- (五)、控制器:6 英吋以上彩色觸控螢幕、人機介面、具密碼鎖定、可顯示即時機器運轉狀態(即時溫度圖表曲線、顯示設定值、實際值、數位電子門鎖、節能日夜間模式、箱內照明啟閉)、資料儲存及查詢、信號輸出包含警報乾接點、乙太網路 RJ45 接頭、SD 卡及 USB 插槽紀錄資料等。
- (六)、記錄模式:軟體匯出可選擇 30 秒或 1 分鐘的模式，檔案格式可使用 Excel 開啟。
- (七)、安全裝置：
 - a. 螢幕顯示:自我診斷系統狀態、錯誤訊息文字告知非代碼、查詢警報資料
 - b. 警報警示:斷電、過高溫、過低溫、感溫器異常、外門未關妥
- (八)、溫控範圍：4°C~8°C，溫度顯示 0.1°C
- (九)、內部照明：全 LED 燈，貫穿整個內腔長度，亮度可調
- (十)、除霜：自動除霜功能
- (十一)、冷卻方式:強制冷空氣循環
- (十二)、冷媒 :環保冷媒 R32 或 R290
- (十三)、保溫隔熱材質為硬質 PU(聚氨酯)發泡體，不含氟氯碳化物
- (十四)、網架：5 個活動網架
- (十五)、腳輪：4 個活動腳輪含 2 個煞車裝置

(十六)、冷藏櫃本體附確效出入孔

(十七)、壓縮機：約 670W

(十八)、噪音等級：低於 45dBA

(十九)、ISO 9001、ISO 13485 認證

(二十)、電源：110V / 60Hz 單相

(二十一)、製造年份在 2025 年(含)之後

二、交付地點：台北市南港區研究院路一段 130 巷 107 號(E 棟 3 樓 333 室)

三、履約期限：自決標日起 120 日曆天內完成標的之供應。

四、驗收規範：

(一)、依需求規格實體交付。

(二)、提供使用說明書紙本或電子檔。

(三)、提供測試報告書，內容應包括所有相關規格檢驗。

五、保固：自驗收合格日起保固至少一年。