

採購規範書

標案名稱：液態氮桶 數量/單位：1 台

壹、採購標的說明：

一、標的規格 / 功能需求/工作規範

1. 名稱

- 1) 美國 IC Biomedical 出品 型號:LS3000 液態氮容器
- 2) RB-(大)不銹鋼輪座-五爪型 for LS3000-6000 B0081
- 3) 含台"DEAGLE"出品 81 孔冷凍保存盒-黃色。

*以上或同等品

2. 規格

- 1) LN2 容量: 至少 81 公升
- 2) 靜態蒸發率: 低於 0.76 L/DAY
- 3) 靜態儲存期: 高於 106 天
- 4) 淨重: 31.8 Kg ±5kg
- 5) 桶高: 731.5 mm ±10mm
- 6) 桶徑: 683.3 mm ±10mm
- 7) 頸徑: 215.9 mm ±5mm
- 8) 內附 6 支 RACK (每支有 5 格層)
- 9) 樣品容量: 至少可容 1.2/2ml vial 3000 個
- 10)桶底有 Rack 固定架,以防止桶子在移動時 Rack 晃動, 造成樣品散落

3. 功能需求

- 安全儲存及使用液態氮，不得有異常洩漏現象
- 可搭配本單位現有液態氮補充設備使用
- 適用於生物檢體保存

4.工作規範

- 通風良好：工作區應通風良好以避免缺氧。
- 定期檢查：定期檢查是否破損或溢漏。
- 儲存於陰涼、乾燥、通風良好、防火的地區：遠離可燃物質、腐蝕性氣體、工作區、飲食區、引火源、避免陽光直接照射

5.維護及保養

檢查密封性: 定期檢查液態氮容器的密封圈是否完好無損，並根據需要進行更換。

避免頻繁開關: 使用液態氮容器時，避免容器的頻繁開關和震動，以免影響密封性。

液位管理: 定期檢查液態氮容器的液位，並於液位過低或過高時進行補充調整，以防止容器內部過熱或過冷。

二、其他規範事項：

1.保固期：本案得標廠商須提供免費(包含所有軟硬體、人事費用)原廠技師現場維修保固服務，期限至少 2 年。

貳、履約條件(方式)：

一、交付方式： 一次交付

二、交付地點：

台北市南港區研究院路一段 130 巷 107 號(國家生技研究園區 E 棟 3 樓 E348 室)

三、履約期限：【請將請購、招標、決標簽約、廠商備貨及運送等作業天數納入考量】。

廠商應於決標通知後 30 日內；或 年 月 日完成履約標的之供應。

參、驗收及付款條件：

一、驗收標準：(廠商交付驗收文件)

得標廠商須提供原廠授權相關文件、紙本或電子檔使用說明書。如： 使用說明書

二、付款條件： 一次給付

肆、後續擴充：

保留未來後續擴充增購之權利：

期間： 3 年【後續擴充期限以不逾三年為原則】；金額： 70 萬元整。

伍、投標廠商資格：

一、與招標標的有關之基本資格：

廠商登記或設立之證明。

是否須具有特定營業項目方可參與投標 是(營業項目： 業；代碼：)； 否

(規定須具有特定營業項目方可參與投標者，其所規定之營業項目，不得當限制競爭，並應以經濟部編訂之公司行號營業項目代碼表所列之大類、中類、小類或細類項目為基準。)

廠商納稅之證明。