

## 採購規範書

標案名稱：\_\_\_\_\_ 雙門高壓蒸氣消毒鍋 \_\_\_\_\_ 數量/單位：\_\_\_\_\_ 一台 \_\_\_\_\_

### 壹、採購標的說明：

#### 一、標的規格 / 功能需求/工作規範

1.內鍋尺寸:W62cm x H144cm x D160cm ±5%

容積 1400L~1500L

2.設計壓力:2.8kg/cm<sup>2</sup> 最高使用溫度:141°C

3.內鍋材質:不銹鋼 316，外鍋材質:不銹鋼 304

3.不銹鋼蒸汽產生器

4.雙門電動扇型移動鍋門，採耐高溫矽膠門圈，鍋門設有保護裝置

5.鍋體採隔熱保溫裝置，降低保護接觸溫度

6.安全裝置:安全閥、手動排氣裝置、負壓破真空閥

7.電源需求:動力電源 380V 三相 175A、控制電源 110V 單相 15A

8.採人機介面觸控螢幕及可邏輯控制程式(PLC)

9.內容顯示:內鍋溫度、內鍋壓力、消毒過程、階段時間、故障訊號顯示

10.消毒完成內鍋迴氣須經無菌過濾器

11.除垢裝置

附一年保養合約

可用整新品

須完成竣工申請及核可證

#### 二、其他規範事項：

1.保固期：本案得標廠商須提供免費(包含所有軟硬體、人事費用)原廠技師現場維修保固服務，期限至少 1 年。

### 貳、履約條件(方式)：

一、交付方式：■ 一次交付

**二、交付地點：**

- 新北市汐止區康寧街 169 巷 101 號(汐止園區：C 棟 1 樓\_\_室)

**三、履約期限：【請將請購、招標、決標簽約、廠商備貨及運送等作業天數納入考量】。**

- 廠商應於通知動工後 90 日內；或\_\_年\_\_月\_\_日完成履約標的之供應。

**參、驗收及付款條件：****一、驗收標準：(廠商交付驗收文件)**

- 得標廠商須提供測試報告書，內容應包括所有相關規格檢驗(竣工申請及核可證)。

**二、付款條件：**

- 一次給付：驗收條件為完成功能驗證

**肆、投標廠商資格：****一、與招標標的有關之基本資格：**

- 廠商登記或設立之證明。

是否須具有特定營業項目方可參與投標  是(營業項目：\_\_\_\_\_業；代碼：\_\_\_\_\_ )； 否  
(規定須具有特定營業項目方可參與投標者，其所規定之營業項目，不得當限制競爭，並應以經濟部編訂之公司行號營業項目代碼表所列之大類、中類、小類或細類項目為基準。)

- 廠商納稅之證明。